사용설명서

(Instruction For Use: 수동식 골수술기)

가. 사용 전 준비사항

1) 사용 전 제품에 외관상 변형이나 금이 간 곳, 이물질의 부착 등이 있는지 확인한다.
2) 기구의 보관은 원상태가 변형되지 않도록 보관하며 기구표면이 손상되지 않도록 한다.
3) 타 재질에 의한 부식 및 긁힘 발생을 방지하기 위하여 타 기구와 접촉되지 않게 보관한다.
4) 제품의 구성품별 번호를 기록 유지하며 먼저 입고된 제품순위로 사용한다.
5) 본 제품은 비멸균 제품으로 사용 전 및 재사용 시, ISO 17665에 따른 고압증기멸균(멸균조건: 121℃ 20분, 또는 134 ℃ 15분) 방법으로 습열멸균 하며 타 기구와 분리 처리한다.

나. 조작방법

1) 다양한 Screw 제품 중 서로 규격이 맞는 제품을 선정하여 Modular Handle(AO Type)과 체결한 후 Screw를 삽입, 제거한다.

다. 사용 후 보관 및 관리방법

1) 제품의 외관상 형태가 찌그러지거나 변경되었을 경우 폐기 처리한다.
2) 타 금속 제품과 접촉하지 않게 보관한다.
3) 변형 또는 흠집이 생기지 않도록 주의한다.
4) 세척: 수술기구는 사용 후 혈액이나 이물질이 말라붙는 것을 방지하거나 마른 혈액이나 찌꺼기를 제거하기 위해 먼저 물에 담근 다음 손이나 기계로 세척한다. 물은 비부식성이며 거품이 적고 쉽게 헹구어지는 세제가 첨가된 깨끗한 물을 사용한다.
5) 검사: 세척 후 면밀히 검사하며 움직이는 부분은 윤활 상태를 검사하고 작동상태를 확인한다.

* 허가기재사항

1. 품목명(등급) : 수동식 골수술기(1)
2. 모델명 : 제품 라벨 참조
3. 신고번호 : 제신24-477호
4. 제조번호 : 제품 라벨 참조
5. 제조년월일 : 제품 라벨 참조
6. 유효기간 : 해당없음
7. 포장단위 : 1개
8. 사용목적, 사용방법 및 주의사항: 사용설명서 참조
9. 제조원 : ㈜모레컴퍼니
   경기도 여주시 세종대왕면 양화로 740

※ 부작용 보고 관련 문의처
(한국의료기기안전정보원, 080-080-4183)